

附件

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 杜庆东
	职称: 工程师
	工作单位: 定西市第二人民医院
项目信息	项目名称: 定西市红十字中心血站 2024 年血液核酸检测试剂项目
	供应商名称: 上海科华生物工程股份有限公司
专业人员论证意见	<p>采购单位拟采购的血液核酸检测试剂, 技术参数中要求: 完全匹配现有的核酸检测系统, 而定西市红十字中心血站现使用的核酸血液筛查检测系统为上海科华生物工程股份有限公司生产, 该设备所用试剂为专用, 因为其它厂家生产的试剂无法配套使用, 必须使用上海科华生物工程股份有限公司生产的血液核酸检测试剂, 符合《中华人民共和国政府采购法》第三十一条规定</p>
专业人员签字	<p>杜庆东</p> <p>日期 2024 年 9 月 29 日</p>

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

附件

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 张广平	
	职称: 工程师	
	工作单位: 定西市人民医院	
项目信息	项目名称: 定西市红十字中心血站 2024 年血液核酸检测试剂项目	
	供应商名称: 上海科华生物工程股份有限公司	
专业人员论证意见	定西市红十字中心血站拟采购的血液核酸检测试剂需求,完全匹配血站现有实验室环境条件及核酸检测系统,定西市红十字中心血站现使用的血液核酸检测系统为上海科华生物工程股份有限公司生产,该设备所使用的试剂国内同类产品无法替代使用,必须使用上海科华生物工程股份有限公司生产的血液核酸检测试剂,符合《中华人民共和国政府采购法》第三十一条之规定。	
专业人员签字	张广平	日期 2024年9月29日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

附件

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 刘明
	职称: 副高 执业药师
	工作单位: 定西市卫生健康
项目信息	项目名称: 定西市红十字中心血站 2024 年血液核酸检测试剂项目
	供应商名称: 上海科华生物工程股份有限公司
专业人员论证意见	<p>采购单位拟采购血液核酸检测试剂,在技术规格中要求:①采用实时荧光聚合酶链反应(PCR)技术,②检测灵敏度高(灵敏度在10^4 IU/ml以内),其中单份检测灵敏度(95%置信区间):HBV-DNA≤ 4 IU/ml; HCV-RNA≤ 20 IU/ml; HIV-RNA≤ 40 IU/ml(拟采购试剂灵敏度与药监局批准的产品说明书标示灵敏度一致;该单位现使用血液核酸检测试剂,为上海科华生物工程股份有限公司,西安试剂国内同类产品无法替代,故必须使用上海科华生物工程股份有限公司生产的血液核酸检测试剂,符合《中华人民共和国政府采购法》第三十一条之规定。</p>
专业人员签字	刘明 日期 2024年 9月 20日

注:本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。